Співфінансується Європейським Союзом – Ukraine Facility

Co-funded by the European Union – Ukraine Facility

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Зміст висвітленої інформації не обов'язково відображає позицію Європейського союзу

1. **Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань**:

КЗ «Чернігівський базовий фаховий медичний коледж» ЧОР; 14000, Вул. П'ятницька, 42, м. Чернігів, Україна, код за ЄДРПОУ – 02011723; Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Комплект обладнання, матеріалів та устаткування для модернізації симуляційно-тренінгового центру та кабінетів професійної підготовки з медичної реабілітації **(**Код за ДК 021:2015**:** 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні**)**

3.**Ідентифікатор закупівлі** UA-2026-10-02-006996-a (відкриті торги (за особливостями).

4. **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації. У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент». Технічне завдання передбачене Додатком 2 до Тендерної документації.

5. **Розмір бюджетного призначення та очікувана вартість закупівлі:** 680000.00 грн з ПДВ.

6. **Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості закупівлі:** Тендерною документацією передбачено термін поставки товару до 04 грудня 2026 року. КЕКВ: 3210 — Капітальний ремонт інших об'єктів. Джерело фінансування закупівлі - Місцевий бюджет, сума – 680000,00 грн.

7. **Очікувана вартість предмета закупівлі становить:** 566 666,67 грн без ПДВ.

8. **Обґрунтування розміру очікуваної вартості предмета закупівлі:** На етапі планування очікувану вартість предмета закупівлі визначено в розмірі 680000,00 грн з ПДВ.

В оголошенні про проведення відкритих торгів очікувана вартість предмета закупівлі зазначається без урахування ПДВ і становить - 566 666,67 грн.


Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та визначення очікуваної вартості закупівлі замовником здійснювались заходи передбачені «Примірною методикою визначення очікуваної вартості

предмета закупівлі», затвердженою наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020р № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». Очікувана вартість становить 566 666,67 грн без ПДВ. Очікувана вартість визначена відповідно до проведеного моніторингу цін шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі. Скріншоти

Співфінансується Європейським Союзом – Ukraine Facility
Co-funded by the European Union – Ukraine Facility

та посилання нижче:

1. Стіл-вертикалізатор з регулюванням висоти по горизонталі і вертикалі –https://freemed.net.ua/oborudovanie-dlja-reabilitacii/vertykalizatory/vertikalizatori-dlja-vzroslih/vertikalizator-s-regulirovkoj-visoti-po-gorizontali-i-vertikali-s-jelektricheskim-privodom-nt-svr-1




https://prom.ua/ua/p2479286947-stol-dlya-vertikalizatsii.html




https://almedika.com.ua/uk/p/1685932721-stol-reabilitacionnyy-dlya-vertikalizacii-sp-e1-s-elektricheskim-regulirovaniem-ugla-naklona-ot-0-do-90/

Співфінансується Європейським Союзом – Ukraine Facility

Co-funded by the European Union – Ukraine Facility






Співфінансується Європейським Союзом – Ukraine Facility


Co-funded by the European Union – Ukraine Facility

2.Шафа медична

https://www.medtechnika.com.ua/ua/shkaf-dlt-shm-d.html




https://hold.com.ua/ua/shafa-medychna-44-22



https://sportmarket.ua/324034438


Співфінансується Європейським Союзом – Ukraine Facility

Co-funded by the European Union – Ukraine Facility




3.Кабіна для кінезотерапії

https://zabava.kiev.ua/ua/suh-basseyn/sensornaja-komnata-didakticheskoe-oborudovanie/kabina-kinezoterapii




Співфінансується Європейським Союзом – Ukraine Facility

Co-funded by the European Union – Ukraine Facility




https://inkluzia.com.ua/kabna-dlya-knezoterap-z-pdvsnou-sistemou/




https://oxydoc.ua/oborudovanie-dlya-meditsinskih-uchrezhdenij/oborudovanie-dlya-reabilitacii/kabina-dlya-kinezoterapii

Співфінансується Європейським Союзом – Ukraine Facility
Co-funded by the European Union – Ukraine Facility




4. Поручні-бруси для відновлення навичок ходьби.
https://sportmarket.ua/324037979?gad_source=1&gad_campaignid=17651494515&gclid=EAIaIQobChMIkMre2rKRlwMVOEeRBR07ShU2EAQYAiABEgIz4_D_BwE




https://mirzdorov.in.ua/ua/p2730311954-poruchni-dlya-vosstanovleniya.html?source=merchant_center&gad_source=1&gad_campaignid=15952470405&gclid=EAIaIQobChMIkMre2rKRlwMVOEeRBR07ShU2EAQYGiABEgJp1PD_BwE

Співфінансується Європейським Союзом – Ukraine Facility

Co-funded by the European Union – Ukraine Facility




https://medcare.com.ua/poruchni-dlya-vidnovlennya-navikiv-hodbi-z-pereshkodami-3-h-metrovi-ortoped-pdvh-4-3-3000/?gclid=EAIaIQobChMIkMre2rKRlwMVOEeRBR07ShU2EAQYCCABEgJxzvD_BwE




5. Реабілітаційний комплекс в базовій комплектацій.
https://sportzone.co.ua/reabilitatsiinyi-kompleks-rk-1-bazova-komplektatsiia/?utm_source=Google&utm_medium=Merchant&utm_campaign=K2_GoogleShopping_free&gad_source=1&gad_campaignid=19772222323&gclid=EAIaIQobChMItra5orSRlwMV_k-RBR2gygoTEAQYASABEgJoQfD_BwE

Співфінансується Європейським Союзом – Ukraine Facility


Co-funded by the European Union – Ukraine Facility




https://medroom.com.ua/ua/p564825621-reabilitatsionnyj-kompleks-bazovaya.html?source=merchant_center&srsltid=AU7gw4X0Pt_6hCFAmYmGLW6wRGERBKnEmT98kMNYmKunzIH_HmfKcBVMN7c



https://inkluzia.com.ua/reabilitatsiyniy-kompleks-/4676/




https://zenetdnepr.com.ua/ua/p2171230514-reabilitatsionnyj-kompleks-trenazherov.html?source=merchant_center&srsltid=AU7gw4VUejHvUzPrT1LTJoeLhEdW55bJdT9c8QypUPegHWcyednsttUbyzs



Співфінансується Європейським Союзом – Ukraine Facility
Co-funded by the European Union – Ukraine Facility

6. Реабілітаційний тренажер для верхніх та нижніх кінцівок.
https://ts-tia-sport.ua/reabilitatsijnij-trenazher-dlya-verhnih-ta-nizhnih-kintsivok-velomashina-tia-sport/




https://www.play-time.com.ua



https://sportmarket.ua/324035557?srsltid=AU7gw4Vk1vPhGrgPdOu0qh2mwwVByzZu0YWHsOLc6quf-trxLSQIUM0rA9c


Співфінансується Європейським Союзом – Ukraine Facility

Co-funded by the European Union – Ukraine Facility



7. Підйомник електричний.


https://ukrmedshop.ua/podemnik-s-elektroprivodom-dlya-invalidov-osd-1790v/?gad_source=1&gad_campaignid=22681521750&gclid=EAIaIQobChMIvtWhmcCRlwMVtl2RBR2RpBo7EAQYASABEgJyzPD_BwE




https://vida-med.com.ua/tovari-osobistogo-vikoristannya/pidjomniki-dlya-invalidiv/podemnik-elektricheskiy-s-regulirovkoy-shiriny-bazy-osd-1790v?gclid=EAIaIQobChMIvtWhmcCRlwMVtl2RBR2RpBo7EAQYDiABEgJh-fD_BwE

Співфінансується Європейським Союзом – Ukraine Facility

Co-funded by the European Union – Ukraine Facility




https://med-magazin.ua/ua/item_n8675.htm




https://profmedtech.com.ua/product/pidiomnyk-elektrychnyi-z-rehuliuvanniam-shyryny-bazy-1790v/?gclid=EAIaIQobChMItO7-6cCRlwMVpNWxBx1KDydCEAQYASABEgJcPvD_BwE

Співфінансується Європейським Союзом – Ukraine Facility

Co-funded by the European Union – Ukraine Facility



8.Степ-платформа – 20600,00 грн.




https://bigl.ua/ua/p2833172366-step-platforma-reabilitatsionnaya?utm_source=pmax&utm_medium=cpa&utm_content=ru&utm_campaign=350_700&


gad_source=1&gad_campaignid=24146909174&gclid=EAIaIQobChMIivaGo8ORlwMV01aRBR2juR3tEAQYCyABEgJbWvD_BwE

Співфінансується Європейським Союзом – Ukraine Facility

Co-funded by the European Union – Ukraine Facility




https://medzenet.com.ua/uk/p/1523217104-step-platforma-reabilitacionnaya-nt-srb-1/?o=IdqJM12uYI1w7gYwUF6puQ==&gad_source=4&gad_campaignid=20645540128&gclid=EAIaIQobChMIr7WZ0MORlwMVUGWRBR3jXxbdEAQYBCABEgJuO_D_BwE



https://medroom.com.ua/ua/p1963426564-step-platforma-reabilitatsionnaya.html?source=merchant_center&gad_source=4&gad_campaignid=23654244450&gclid=EAIaIQobChMIyYKohcSRlwMVLkiRBR0INhejEAQYBiABEgKkivD_BwE

Співфінансується Європейським Союзом – Ukraine Facility

Co-funded by the European Union – Ukraine Facility



.

Технічні та якісні характеристик предмета закупівлі:

1.Поручні -бруси для відновлення навичок ходьби - 1 шт.

№ п/п	Параметри та вимоги	Відповідність ТАК/НІ з обов'язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції чи іншого документу
1	Призначені для відновлення рухів нижніх кінцівок та суглобів різного походження, після перенесених травм і хвороб та допомоги людині, що має фізичні вади; тренування координації рухів та уміння підтримувати рівновагу, балансування у стоячому положенні, допомоги при відновлення навиків ходьби та тренування різних груп м'язів; реабілітації та профілактики та поліпшенням	

	загального фізичного стану дітей та дорослих. Бруси призначені для тренування підйому ніг та переступання через зйомні перешкоди (кількість 8 штук, діапазон регулювання 5 рівнів, для розташування на різній висоті і відстані одна від одної, в залежності від індивідуальних потреб тренуючого). При цьому є можливість додатково утримуватися руками, рухаючись вздовж брусів, за бокові поручні, які також можна регулювати по висоті від та по ширині.	
2	Бокові поручні, які також можна регулювати по висоті від та по ширині.	
3	Каркас і поручні брусів виготовлені з металевого профілю покриті полімерно-порошковою фарбою стійкою до дезінфікуючих розчинів.	
4	Основа і бокові стінки виготовлені з екофанери покритої лаком, перешкоди виготовлені з тонкостінної, травмобезпечної алюмінієвої труби діаметром 25 мм, з пластмасовими фіксаторами на обох кінцях	
5	Мінімальна відстань між поручнями брусів не більше 595 мм, максимальна відстань між поручнями брусів не менше 895 мм.	

6	**Габаритні розміри** : Довжина: не більше 4000 мм Ширина: не більше 1340...1515 мм Висота: не більше 780....1100 мм	
7	Маса користувача до 120 кг	
8	Маса не більше 125 кг.	
9	Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 , ISO-13485:2016 (надати копію сертифікату)	
10	Наявність сертифікату на систему екологічного управління ISO 14001:2015 (надати копію сертифікату)	
11	Гарантійний строк експлуатації 1 рік з дня придбання користувачем.	
12	Гарантійний строк зберігання в пакуванні підприємства виробника – 2 роки від дати виготовлення.	
13	Інструкція з експлуатації українською мовою.	
14	Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу)	
15	Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату)	
16	Наявність декларації про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів зареєстрованої в Реєстрі осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг (надати копію)	

17	Обов'язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об'єктивно оцінювати запропоновані учасником товари. 	
18	Рік виготовлення не раніше 2025	

1. Кабіна для кінезотерапії – 1 шт.

№ п/п	Параметри та вимоги	Кількість	Відповідність ТАК/НІ з обов'язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції чи іншого документу
1	Комплект механотерапевтичного обладнання для кінезотерапії складається з комплексу аксесуарів для підвісної кінезотерапії, столу масажного трьох секційного з електропідйомом СМЕ-1. Медичне призначення комплекту обладнання - індивідуальна кінезо-слінг-терапія (підвісна терапія),а саме: - Проведення активних розвантажувальних кінезотерапевтичних процедур; - Проведення активних кінезотерапевтичних процедур з дозуванням супротиву; - Проведення кінезотерапевтичних процедур з використанням блокової системи; - Проведення кінезотерапевтичних процедур з повним розвантаженням.		

	Кінезотерапія (лікування рухом) представляє собою засоби, що допомагають пацієнтам «звільнитися» від ваги власного тіла за допомогою спеціального обладнання та навантаження опорно-рухового апарату для відновлення амплітуди руху, нормалізації тонусу м'язів та збільшення їхньої сили, пасивне та/або активне відновлення рухомості рук та ніг.		
2	- Металевий рамний каркас розміром (мм) не менше : Довжина - 2500; Ширина - 2100; Висота - 2200.		
3	Каркас виготовлені з металевого профілю, покриті полімерно-порошковою фарбою стійкою до дезинфікуючих розчинів.		
4	Верхній регульований модуль з 3-ма тримачами опорних точок (точки закріплення тяг, підвісів, карабінів) , що рухаються по повздовжніх направляючих		
5	2 металевих решітки, що розміщені в верхній частині комплексу паралельно повздовжнім направляючим (розмір клітин сітки (мм) 100 х 100, діаметр прута (мм) - Ø 5)		
6	2 стійки бокових повздовжньо рухомих, регульованих за висотою, з точками опори (4 точки на кожній стійці)		
7	1 стійка задня поперечно рухома, регульована за висотою, з точками опори (4 точки на кожній стійці)		
8	Маса виробу до 300 кг		
9	**Властивості:** Комплекс має вільний доступ всередину для пацієнтів та медичного (інструкторського) персоналу з усіх чотирьох сторін;		
	Бокові (ліва, права) та задня сторони мають по 4 опорних точок, які регулюються по висоті та ширині умовної площі сторони;		
	3 пересувних каретки, змонтовані на 2-х верхніх направляючих (Ø40), є поворотними та мають (не менше) по 6 опорних точок;		
	Опорними точками являються 2-і металеві решітки, що розміщені в верхній частині комплексу паралельно направляючим (Ø40);		
	Всі рухомі частини комплекту (стійки, рухомі каретки) фіксуються для роботи та транспортування затискними фіксаторами;		
	Металевий рамний каркас кріпиться до полу (підлоги), що робить комплекс в роботі стабільно стійким;		

Співфінансується Європейським Союзом – Ukraine Facility
Co-funded by the European Union – Ukraine Facility

	Максимальне допустиме навантаження на кожну опорну точку – 30 кг,але не більше 180 кг на весь комплект обладнання «Гравітон-1»		
	Рухомі стійки, тримачі опорних точок та верхні направляючі виготовляються з нержавіючої сталі, металеві елементи каркасу		

	покриті порошково-полімерною фарбою, стійкою до обробки дезинфікуючими розчинами;		
	Металевий рамний каркас придатний для поєднання з низьким, стандартним та максимально високим обладнанням для реабілітації		
10	**Стіл реабілітаційний-масажний**		
	Поверхня ложа – вініліс шкіра;		
	Регулювання висоти - за допомогою електричного приводу;		
	Габаритні розміри, не більше (мм): Довжина - 2000; Ширина - 800; Висота - 410-810		
	Максимальна навантаження на стіл, не більше 150 кг		
	Кількість секцій реабілітаційного столу не менше 3.		
	Маса, не більше 100 кг		
11	**Властивості:**		
	Підголовник має отвір для обличчя		
	Для руху стіл має 4 колеса, що самоорієнтуються		
	Для стаціонарного стану стіл встановлюється з коліс на опорні ніжки за допомогою 4 педалей, що розміщені на опорних ніжках		
12	**Аксесуари комплекту обладнання**	Кількість ,шт	
	Манжета для передпліччя та гомілки, 100х420 мм	6	
	Підвіска для стегна та руки, 145х540 мм	6	
	Підвіска для тазу, 230х750 мм	2	
	Підвіска для спини та грудної клітини, 225х675/340х100 мм	1	
	Підвіска для голови, 150х530 мм	1	
	Підвіска для ніг, 75х610 мм	4	
	Подвійна підвіска з підкладками, 160х80 мм	4	

Співфінансується Європейським Союзом – Ukraine Facility
Co-funded by the European Union – Ukraine Facility

	Мотузка, довжина 1000мм	6	
	Мотузка, довжина 1500мм	14	
	Мотузка, довжина 2500мм	1	
	Мотузка, довжина 4000мм	3	
	Мотузка, довжина 5000мм	2	
	Мотузка еластична, довжина 1000мм	8	
	Ремінь для підйому тазу універсальний 1330х170 мм	1	
	Ремінь потрійний для стабілізаціїї попереку або грудної клітки: підкладка 210х448 мм, ремінь 40х1130 мм	1	
	Ремінь для стабілізаціїї грудної клітки: підкладка 118х300 мм, ремінь 40х1080 мм	1	
	Ремінь для стабілізаціїї гомілки: підкладка 100х120 мм, ремінь 40х1320 мм	2	
	Ремінь подвійний для стабілізації руки та предпліччя: підкладка 100х120 мм, ремінь 30х365 мм	2	
	Ремінь подвійний для стабілізації стегна: підкладка 118х300 мм, ремінь 30х1100 мм	1	

	Ремінь фіксуючий до кушетки	1	
	Петля Гліссона	1	
	Фіксатор для стопи	2	
	Система “Павук”		
	Ремінь шкіряний дорослий (розмір L)	1	
	Ремінь шкіряний дитячий (розмір M)	1	
	Ремінь шкіряний дорослий (розмір XL)	1	
	Вішаки для кріплення на них аксесуарів (50мм)	24	
	Карабіни (70мм)	24	
	Блочки (Ø20)	8	
	Гиря м'яка 0,5 кг	2	
	Гиря м'яка 1 кг	2	
	Гиря м'яка 1,5 кг	2	

Співфінансується Європейським Союзом – Ukraine Facility
Co-funded by the European Union – Ukraine Facility

	Гиря м'яка 2 кг	2	
	Гиря м'яка 2,5 кг	2	
	Гиря м'яка 3 кг	2	
	Гиря м'яка 4 кг	2	
	Гиря м'яка 5 кг	2	
13	Гарантійний строк експлуатації повинен бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців.		
14	Гарантійний строк зберігання в пакуванні підприємства-виробника – 2 роки від дати виготовлення.		
15	Інструкція з експлуатації українською мовою.		
16	Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 , ISO 13485:2016 (надати копію сертифікату)		
17	Наявність сертифікату на систему екологічного управління ISO 14001:2015 (надати копію сертифікату)		
18	Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання виробу (надати оригінал відповідного документу)		
19	Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату)		
20	Наявність декларації про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів зареєстрованої в Реєстрі осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для		

	діагностики in vitro в обіг (надати копію)		
21	Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об’єктивно оцінювати запропоновані учасником товари.		

Співфінансується Європейським Союзом – Ukraine Facility
Co-funded by the European Union – Ukraine Facility

22	Рік виготовлення не раніше 2025		
23	Фото для прикладу з мережі Інтернет: 		

№ п/п	Параметри та вимоги	Відповідність ТАК/НІ з обов’язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції чи іншого документу
1	Призначений для поступової вертикалізації людини з обмеженими фізичними можливостями та порушенням кровообігу. Забезпечує можливість підйому з горизонтального положення у вертикальне з фіксацією у проміжних положеннях під сталим кутом нахилу, хворим після інсульту, важкій стадії ДЦП, після перенесених спинальних і черепо-мозкових травм, проведених оперативних втручань, а також тренування вестибулярного апарату після тривалого перебування в лежачому (горизонтальному) положенні .	

2	Висоту поверхні в горизонтальній площині та кут нахилу можна регулювати за допомогою електроприводу з ручним дистанційним пультом керування.	

2. Медико-технічні вимоги на Стола - вертикалізатора з регулюванням висоти по горизонталі та вертикалі – 1 шт

3	Стіл оснащений 3-ма стабілізуючими ременями (груди, стегна, ноги), ручками для рук, які регулюються по висоті.	
4	Стіл оснащен самоорієнтуючими колесами з стоянковими гальмами.	
5	Підіймання та опускання столу-вертикалізатора здійснюється лінійним низьковольним приводом	
6	Стіл-вертикалізатор обладнаний ручками для рук пацієнтів з регульованим положенням для можливості підлаштування під різних пацієнтів.	
7	Навантажувальна висота не менш 500 мм	
8	**Габаритні розміри : Д**овжина ≤ 2240 мм	
9	Ширина ≤ 800 мм	
10	Висота ≤ 720 мм	
11	Маса ≤ кг 140	
12	Максимальна вага пацієнта не більше 150 кг	
13	Вертикальний хід, град 0-90	
14	Горизонтальний хід, мм ≥ 500	
15	Зовнішня поверхня стола-вертикалізатора повинна бути стійкою до оброблення 2% водним розчином мийних засобів та дозволеними дезінфек-ційними засобами зареєстрованими в Державному реєстрі дезінфек-ційних засобів України	
16	Гарантійний строк експлуатації повинен бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців.	
17	Гарантійний строк зберігання в пакуванні підприємства-виробника – 2 роки від дати виготовлення.	
18	Інструкція з експлуатації українською мовою.	

Співфінансується Європейським Союзом – Ukraine Facility
Co-funded by the European Union – Ukraine Facility

19	Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015, ISO-13485:2016 (надати копію сертифікату).	
20	Наявність сертифікату на систему екологічного управління ISO 14001:2015 (надати копію сертифікату)	
21	Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу)	


22	Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату)	
23	Наявність декларації про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів зареєстрованої в Реєстрі осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг (надати копію)	
24	Обов'язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об'єктивно оцінювати запропоновані учасником товари.	
25	Рік виготовлення не раніше 2025 року	
26	Фото зразка 	

Співфінансується Європейським Союзом – Ukraine Facility
Co-funded by the European Union – Ukraine Facility

3. Підйомник електричний – 1 шт.

№ п/п	Параметри та вимоги	Відповідність ТАК/НІ з обов'язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції чи іншого документу
1	Призначений для підйому та переміщення людей з обмеженими фізичними можливостями, номінальною вантажопідйомністю 140 кг, всередині приміщення виключно у м'якому підвісі, використовується як у медичних закладах так і в домашніх умовах.	
2	Корпус підйомника виготовлений зі сталі та захищений антикорозійним покриттям (порошкова епоксидно - поліефірна фарба).	
3	Підйомник не може використовуватись для перемі-щення пацієнта з поверху на поверх, на похилих,	

	слизьких або нерівних поверхнях.	
4	Підйомник оснащений електро-приводом, акумулятором із захистом від повної розрядки, функціями аварійного спуску та зупинки («екстрений СТОП»).	
5	База може регулюватися за шириною, для збільшення площі опори при підйомі людини, натисканням на педаль.	
6	Колеса є самоорієнтовними, задні колеса блокуються за допомогою стоянкового гальма.	
7	*Технічні характеристики:* Навантаження (макс. маса пацієнта, кг) 140 Маса, кг (без аксесуарів) ≤ 40 кг Висота,мм ≤ 1300 Довжина,мм ≤ 1130	

	Ширина,мм 600-860 Колеса Ø, мм перед./ зад. з гальмом 100/125 Мінімальна висота підвісу,мм 790 Максимальна висота підвісу,мм 1950 Тип підйому плавний безступінчатий Тривалість роботи 2 хв. навантаження / 18 хв. пауза Напруга 230-240 /50 (В / Гц) Привід IP54 24V DC / 2,9A Пульт IPX4 24V DC Акумулятор IPX4 230V/24V, 500 mA Батарея IP54 24V DC / 2,9A*год Безпека: - Аварійний спуск - Батарея низького заряду - Аварійний СТОП	
8		

	A Колона **B** Стріла **C** Основа **D** Педаль **E** Ролики передні **F** Колеса задні з гальмами **G** Поперечина **H** Вантажна серга **I** Рукоятка з мя'кими ручками **J**Лінійний привід (актуатор) **K** Система управління приводом **M** Батарея аккумулятора	
9	**Комплект поставки** 1. Підйомник ПГР-150ЕМП (у комплекті) - 1шт; 2. Інструкція із застосування (паспорт) -1 шт; 3. Упаковка-1 шт.	
10	Гарантійний строк експлуатації не менше ніж 12 (дванадцять) місяців.	
11	Гарантійний строк зберігання в пакуванні підприємства-виробника – 2 роки від дати виготовлення.	
12	Інструкція з експлуатації українською мовою.	
13	Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015, ISO 13485:2016	
14	Наявність сертифікату на систему екологічного управління ISO 14001:2015 (надати копію сертифікату)	
15	Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу)	

Співфінансується Європейським Союзом – Ukraine Facility
Co-funded by the European Union – Ukraine Facility

16	Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату)	
17	Наявність декларації про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів зареєстрованої в Реєстрі осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів	

	для діагностики in vitro в обіг (надати копію)	
18	Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об’єктивно оцінювати запропоновані учасником товари.	
19	Рік виготовлення не раніше 2025	
		

4. Реабілітаційний комплекс в базовій комплектації - 1 шт.

№ п/п	Параметри та вимоги	Відповідність ТАК/НІ з обов’язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції чи іншого документу
1.	Призначен для відновлення рухових функцій верхніх та нижніх кінцівок; реабілітації після травм; при захворюваннях нервової системи, опорно-рухового апарату у ревматологічних і кардіологічних хворих; після протезування. На реабілітаційному комплексі можуть одночасно займатися 4 пацієнта.	
2.	Габаритні розміри: Ширина х Довжина х Висота, мм* не більше : 850*760*1810	

3.	Максимальна вага не більше (кг) 80	
4.	Комплектація: . 1. Тренажер маятниковий для верхніх кінцівок кистевий; 2. Тренажер ротаційний для верхніх кінцівок маховий; 3. Тренажер ротаційний для верхніх кінцівок настінний; 4. Тренажер ротаційний для верхніх кінцівок кистевий.	
5.	Каркас реабілітаційного комплексу являє собою зварну конструкцію з повузлово розбірними елементами, за рахунок болтових з`єднань, і виготовлений зі стальних профільних труб квадратного перерізу з товщиною стінки 2мм та листового металу захищеного антикорозійним покриттям (порошкова фарба).	
6.	На каркасі закріплені дві металеві полиці, на яких можна розміщувати тренажери.	
7.	Гарантійний строк експлуатації реабілітаційного комплексу – 1 рік з дня придбання користувачем.	
8.	Гарантійний строк зберігання в пакуванні підприємства виробника – 2 роки від дати виготовлення.	
9.	Інструкція з експлуатації українською мовою.	
10.	Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015,ISO 13485:2016 (надати копію сертифікату)	
11.	Наявність сертифікату на систему екологічного управління ISO 14001:2015 (надати копію сертифікату)	
12.	Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу)	
13.	Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату)	

14.	Наявність декларації про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів зареєстрованої в Реєстрі осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг (надати копію)	
15.	Обов'язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об'єктивно оцінювати запропоновані учасником товари.	
16.	Рік виготовлення не раніше 2025 р.	
17.	Фото з мережі інтернет: 	

5. Степ платформа - 1 шт.

№ п/п	**Параметри та вимоги**	**Відповідність ТАК/НІ з обов'язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції чи іншого документу**
1	Призначена для реабілітації та допомоги у відновленні рухових функцій нижніх кінцівок та суглобів, збільшення м'язової сили ніг, розвитку, після перенесених травм та хвороб різного походження та допомоги людям, що мають фізичні вади.	

Співфінансується Європейським Союзом – Ukraine Facility
Co-funded by the European Union – Ukraine Facility

2	В залежності від індивідуальних потреб платформа регулюється по висоті.	
3	Зовнішня поверхня брусів повинна бути стійкою до	

	оброблення 2% водним розчином мийних засобів та дозволеними дезінфікаційними засобами зареєстрованими в Державному реєстрі дезінфікаційних засобів України.	
4	Габаритні розміри : Довжина: не більше 480 мм Ширина: не більше 810 мм Висота: не більше 1025....1295 мм	
5	Маса користувача до 120 кг	
6	Маса не більше 16 кг.	
7	Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 , ISO-13485:2016	
8	Наявність сертифікату на систему екологічного управління ISO 14001:2015 (надати копію сертифікату)	
9	Гарантійний строк експлуатації 1 рік з дня придбання користувачем.	
10	Гарантійний строк зберігання в пакуванні підприємства виробника – 2 роки від дати виготовлення.	
11	Інструкція з експлуатації українською мовою.	
12	Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу)	
13	Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату)	

14	Обов'язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об'єктивно оцінювати запропоновані учасником товари. 	
15	Рік виготовлення не раніше 2025	

6. Шафа медична – 5 шт.

№ п/п	Опис вимог	Наявність функції або величина параметра за технічним завданням
	1. Загальні вимоги	
1.1	Сертифікат відповідності	надати копію відповідного документу
1.2	Гарантійний термін експлуатації обладнання з моменту введення в експлуатацію	18 місяців
1.3	Термін служби виробу	Не менше 5 років
1.4	Гарантійний лист від виробника або офіційного представника в Україні про можливість постачання продукції	Надати копію відповідного документу, завіреного печаткою виробника товару, та датою не раніше дати виходу закупівлі
1.5	Паспорт або інструкція користувача	надати копію відповідного документу

1.6	Висновок та протокол державного інституту визначення біоцидних властивостей зразку фарби RAL 9003, що виданий виробнику меблів	надати копію відповідного документу
1.7	Сертифікат ДСТУ EN ISO 9001:2018/ «Системи управління якістю. Вимоги. Сфера застосування: Проектування, розробка, виробництво, реалізація, сервісне обслуговування меблів медичних»	надати копію відповідного документу
1.8	Товар повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або веденний в обіг відповідно до Законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку	Наявність у реєстрі «Реєстр осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг» (надати лист підтвердження в довільній формі від виробника)
1.9	Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи на товар.	надати копію відповідного документу з додатками
1.10	Дозвіл та його додатки на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	надати копію відповідного документу
1.11	Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи на порошкову фарбу	надати копію відповідного документу
1.12	Сертифікат ISO 13485:2018 «Вироби медичні. Системи управління якістю. Вимоги щодо регулювання» Сфера сертифікації: Проектування, розробка, виробництво, реалізація, сервісне обслуговування меблів медичних, медичного приладдя, обладнання для реабілітації	надати копію відповідного документу
1.13	Сертифікат ISO 45001:2018 «Системи менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці. Вимоги та настанови щодо застосовування» ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT) «Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування» Сфера сертифікації: проектування, розробка, виробництво, реалізація та сервісне обслуговування меблів медичних та інших, медичного приладдя,	Наявність, надати копію відповідного документу

	обладнання для реабілітації, торговельного обладнання; виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів; оброблення металів та нанесення покриття на метали; виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.; виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі; виробництво матраців; виробництво інших меблів; виробництво спортивних товарів	
1.14	Сертифікат якості на товар	Наявність, надати копію відповідного документу
	2. Технічні характеристики	
2.1	Довжина	900 мм
2.2	Ширина	400 мм
2.3	Висота	1610 мм
2.4	Виріб	Має верхню секцію зі скляними боковими стінками, скляними дверцятами та двома скляними поличками. Також має нижню секцію, виготовлену у форматі двох сейфів з металевими стінками, дверцятами та однієї металевою полицею.
2.5	Висота від підлоги до нижньої поперечини каркасу	81,5 мм
2.6	Висота нижньої секції шафи	580 мм
2.7	Висота верхньої секції шафи	880 мм
2.8	Шафа комплектується ніжками які регулюються від:	+18 мм до +30 мм
2.9	Дверцята верхньої секції	Виготовлені із скла товщиною 5 встановлюються на металеві петлі замикаються на магнитні утримувачі

Співфінансується Європейським Союзом – Ukraine Facility
Co-funded by the European Union – Ukraine Facility

2.10	Дверцята нижньої секції	Виготовлені з листового металу товщиною 1мм з полімерним покриттям,

		кожна має замок.
2.12	Матеріал каркасу	Металева труба 20х20х1,2 мм
2.13	У верхній секції встановлені 2 полички	Виготовлені зі скла товщиною 5 мм мають поліровані краї.
2.14	У нижніх секціях встановлені по 1 поличці	Виготовлені з металевого листа товщиною 0,8 та мають полімерне покриття. Може бути встановлена у двох різних положеннях
2.15	Допустиме навантаження на полку	Не більше 10 кг
2.16	Вага виробу	60 кг
2.17	Колір каркасу	Білий, RAL 9003, порошкова фарба з антибактеріальними властивостями

7. Реабілітаційний тренажер для верхніх та нижніх кінцівок – 2 шт

№ п/п	Параметри та вимоги	Відповідність ТАК/НІ з обов'язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції чи іншого документу
1	Пристрій призначений для допомоги у відновленні рухових функцій верхніх і ніжних кінцівок та суглобів, поліпшення моторики пальців та кистей рук, пальців та стоп ніг, після перенесених травм та хвороб різного походження та допомоги людям, що мають фізичні вади; реабілітації та профілактики, формування м'язів кінцівок в тренуючому режимі у хворих з неврологічними синдромами, зняття втоми м'язів кінцівок, тренування різних груп м'язів та поліпшення загального фізичного стану дітей та дорослих. Рухи здійснюються подібно велосипеду.	
2	Каркас тренажера виготовлений з металевого профілю та покритий полімерно-порошковою фарбою стійкою до дезінфікуючих розчинів.	
3	Зовнішня поверхня тренажера стійка до оброблення 2% водним розчином мийних засобів та дозволеними дезінфікаційними засобами зареєстрованими в Державному реєстрі дезінфікаційних засобів України.	

Співфінансується Європейським Союзом – Ukraine Facility
Co-funded by the European Union – Ukraine Facility

4	Можливість тренування з крісла-візка	
5	Габаритні розміри : Довжина х Ширина х Висота, мм* не більше : 815.....1020*670*1080…1210	
6	Маса ≤ кг 30	
7	Максимально допустиме навантаження (M max), не більше 50 кг	
8	Гарантійний строк експлуатації тренажера – 1 рік з дня придбання користувачем.	
9	Гарантійний строк зберігання в пакуванні підприємства виробника – 2 роки від дати виготовлення.	
10	Інструкція з експлуатації українською мовою.	
11	Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015,ISO 13485:2016 (надати копію сертифікату)	
12	Наявність сертифікату на систему екологічного управління ISO 14001:2015 (надати копію сертифікату)	
13	Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання обладнання (надати оригінал відповідного документу)	

14	Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату)	
15	Наявність декларації про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів зареєстрованої в Реєстрі осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг (надати копію)	
16	Рік виготовлення не раніше 2025 р.	

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість поставки товару відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

Технічні специфікації не повинні містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно **повинно бути обґрунтованим та містити вираз «або еквівалент».**

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару— замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

Поставка та розвантаження **товарів** здійснюється власними ресурсами учасника за адресою: Вул. П'ятницька, 42, м. Чернігів, Україна, 14000

Строк поставки Товару – не пізніше **04 грудня 2026 року**.

Ціна за одиницю Товару повинна бути сформована з урахуванням витрат на завантаження, розвантаження, занесення до приміщень, транспортних витрат до місця поставки та інших витрат.

Поставка Товару здійснюється учасником в спосіб, який забезпечує збереження товару під час транспортування, вантажно-розвантажувальних робіт та зберігання.

Для забезпечення візуалізації ЄС згідно зі статтею 16 Рамкової угоди щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС для України згідно з інструментом Ukraine Facility, ратифікованої Законом України від 06.06.2024 № 3786-IX, товар, який буде поставлено, має містити емблему Європейського Союзу та напис «Співфінансується Європейським Союзом —



Ukraine Facility».

Напис «Співфінансується Європейським Союзом» завжди повинен бути вказаний повністю і розміщений поруч з емблемою. Шрифт, який буде використовуватися разом з емблемою ЄС, повинен залишатися простим і легко читабельним. Рекомендованими шрифтами є Arial, Auto, Calibri, Garamond, Tahoma, Trebuchet, Ubuntu та Verdana. Використання підкреслення та інших шрифтових ефектів заборонено. Розташування тексту відносно емблеми ЄС не повинно жодним чином перешкоджати зображенню емблеми ЄС. Рекомендовано учасникам ознайомитись із посібником «Використання емблеми ЄС у контексті програм ЄС 2021-2027».

І. КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порядковий номер	Найменування техніки, обладнання, матеріалів та устаткування, які планується придбати	Кількість одиниць
1	2	4
1	Стіл-вертикалізатор з регулюванням висоти по горизонталі і вертикалі	1
2	Шафа медична	5
3	Кабіна для кінезотерапії	1
4	Поручні-бруси для відновлення навичок ходьби	1
5	Реабілітаційний комплекс в базовій комплектацій	1
6	Реабілітаційний тренажер для верхніх та нижніх кінцівок	2
7	Підйомник електричний	1
8	Степ-платформа	1

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим у даному додатку до Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником товару повинна бути обов'язково підтверджена шляхом надання заповненої таблиці, наведеної нижче, з посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або інших технічних документів) в якому міститься ця інформація, разом з додаванням оригіналів таких документів (або витягів з документів), або їх завірених копій.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал або завірену копію одного з наступних документів (або витягів з них) на кожне найменування товару: декларація про відповідність, або сертифікат відповідності, або інших документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу відповідно до чинного законодавства України.

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал або завірену копію листа виробника (або представництва, або філії виробника– якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у необхідній кількості та в терміни. Такий лист повинен включати: повну назву учасника, адресуватися Замовнику, містити номер ідентифікатора даної закупівлі. Допускається надання гарантійного листа учаснику з боку офіційного дистриб'ютора або іншого представника виробника, при цьому учасник повинен надати оригінал або завірену копію документу, що підтверджує повноваження такого офіційного дистриб'ютора або іншого представника.

Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».