Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

1. **Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань**:

КЗ «Чернігівський базовий фаховий медичний коледж» ЧОР; 14000, Вул. П'ятницька, 42, м. Чернігів, Україна, код за ЄДРПОУ – 02011723; Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні)

3.**Ідентифікатор закупівлі** UA-2026-10-26-001556-a (відкриті торги (за особливостями).

4. **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації. У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент». Технічне завдання передбачене Додатком 2 до Тендерної документації.

5. **Розмір бюджетного призначення та очікувана вартість закупівлі: 316 900,00** грн з ПДВ.

6. **Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості закупівлі:** Тендерною документацією передбачено термін поставки товару до 10 грудня 2026 року. КЕКВ: 3210 — Капітальний ремонт інших об'єктів. Джерело фінансування закупівлі - Місцевий бюджет, сума – **316 900,00** грн.


7. **Очікувана вартість предмета закупівлі становить:** 264 083,34 грн без ПДВ.

8. **Обґрунтування розміру очікуваної вартості предмета закупівлі:** На етапі планування очікувану вартість предмета закупівлі визначено в розмірі **316 900,00**грн з ПДВ.


В оголошенні про проведення відкритих торгів очікувана вартість предмета закупівлі зазначається без урахування ПДВ і становить - 264 083,34 грн.


Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та визначення очікуваної вартості закупівлі замовником здійснювались заходи передбачені «Примірною методикою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженою наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020р № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». Очікувана вартість становить 264 083,34 грн без ПДВ. Очікувана вартість визначена відповідно до проведеного моніторингу цін шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі. Скріншоти та посилання нижче:

1. Віброплатформа – 1 шт.




https://casada.ua/vibroplatforma-powerboard-3.0-uk






https://my-komfort.net.ua/ua/product/vibroplatforma-powerboard-30/




2.Масажний стіл – кушетка.


https://remmed.com.ua/wooden-massage-tables/profesiyniy-stacionarniy-masazhniy-stil-kp-8-brown-zbilsheni-rozmiri



https://remmed.com.ua/wooden-massage-tables/kp-8-black




https://rozetka.com.ua/ua/418477506/p418477506/?gad_source=1&gad_campaignid=24115686616&gclid=EAIaIQobChMIi5Cc0MKRlwMV3VGRBR3WDS2wEAQYBSABEgI8fvD_BwE




Ліжко лікарняне.


https://medplanet.com.ua/product/medychne-funkczionalne-lizhko-z-regulyuvannyam-vysoty-de-4000x-basic/




https://medzenet.com.ua/uk/p/1477159594-medicinskaya-krovat-elektricheskaya-bed-02/



https://ksenko.com/medical-equipment/equipment/hospital-beds/



https://grinnplus.com.ua/shop/favero-alzheimer-evo-780?category=2&srsltid=AU7gw4XiiQ9JyTYZ6_Rhr0S2jp-Men2zN_lyKQz1vT1r1y-b1lRFjAPSzxw#attr=8883,8903,8904,8905,8906,8907,8908,8909,8882,8884,8886,8885,8887,8888,8897,8912,8913,8914,8915,8916,8917,8918,8919,8920,8921,8895,8896,8924,8922,8925



Технічні та якісні характеристик предмета закупівлі:

1. Ліжко лікарняне – 1шт.

№ з/п	Параметри та вимоги	Відповідність ТАК/НІ з обов'язковим посиланням на відповідну сторінку технічного документу
1	Ліжко лікарняне призначене для догляду за пацієнтом, який перебуває у важкому або критичному стані та потребує постійного медичного контролю. Призначене для пацієнтів із травмами хребта, тазу, черепно-мозковими травмами, де критично важливо міняти положення без найменших струсів.	
2	Ліжко виготовлене із міцного рентгенопрозорого пластику, якій легко знімається для очищення та дезінфекції.	
3	Ліжко складається з рухомої спинної, тазової (фіксованої), стегнової та ножної секцій.	
4	Ліжко має можливість механічного висування підніжжя на 18-20 см для пацієнтів високого зросту.	
5	Ліжко оснащене чотирма незалежними безшумними медичними електроприводами.	
6	Має електричне регулювання висоти в діапазоні від 390 мм (нижнє положення для безпечного вставання) до 810 мм (верхнє положення для зручності лікаря).	
7	Кут нахилу спинки регулюється від 0° до 70°–75° (забезпечує повноцінне положення «сидячи» / Фаулера).	
8	Кут нахилу секції ніг регулюється від 0° до 40°–45.	
9	Має можливість механічного або електричного підняття гомілок вище рівня стегон для покращення відтоку крові.	

10	Має можливість нахилу усього ліжка в положення Тренделенбург (до 16) та зворотний Тренделенбург (до 16).	
11	Має спеціальний важіль швидкого механічного опускання спинної секції в горизонтальне положення для проведення серцево-легеневої реанімації.	
12	Ліжко оснащене вбудованою батареєю, що забезпечує повну роботу всіх електромоторів у разі раптового вимкнення світла в лікарні чи вдома.	
13	Ліжко має пульти керування: дротовий пульт для пацієнта (основні функції: спина, ноги, висота); інтегровані пульти в бічні огорожі (з внутрішньої та зовнішньої сторін); пульт медсестри: окремий блок у підніжжі ліжка з можливістю блокування будь-якої функції пацієнта.	
14	Усі 4 колеса блокуються або розблоковуються одночасно за допомогою однієї педалі в ногах ліжка.	
15	Ліжко має чотири роздільні пластикові огорожі, які плавно опускаються нижче рівня матраца. Оснащені індикаторами кута нахилу ліжка.	

8.Медико-технічні вимоги до віброплатформи – 1 шт.

№ з/п	Параметри та вимоги	Відповідність ТАК/НІ з обов'язковим посиланням на відповідну сторінку технічного документу
1	Віброплатформа Casada Power Board 3 – платформа, призначена для фітнес-тренування, релаксації та реабілітації.	
2	Віброплатформа має дистанційне управління.	
3	Рівні швидкості: від 1 до 99.	
4	Максимальна потужність: 250 Вт	
5	Максимальна вага користувача: до 120 кг.	
6	Частота вібрації: 8–22 Гц.	
7	Кількість програм: 3 автоматичні програми	
8	Платформа має збільшену кількість рівнів швидкості, а також збільшений діапазон частот, окрім діапазону бічних рухів.	
9	Віброплита супроводжується навчальним DVD, а також оглядом тренувань з порадами щодо правильного харчування.	
10	Напруга: AC 220-240 В ~ 50/60 Гц	
11	Габарити: розміри коробки: 85x50x20 см; розміри дошки: 79x48x14,5 см; вага: 26 кг.	

12	Максимальне навантаження: 120 кг Амплітуда: +/- 4,5 мм Хід: 0-9 мм Діапазон 1: +/- 1,5 мм Хід: 3 мм Діапазон 2: +/- 3 мм Хід: 6 мм Діапазон 3: +/- 4,5 мм Хід: 9 мм	

11.Медико-технічні вимоги до масажного столу-кушетки – 2 шт.

№ з/п	Параметри та вимоги	Відповідність ТАК/НІ з обов'язковим посиланням на відповідну сторінку технічного документу
1	Масажний стіл-кушетка призначений для проведення лікувального масажу різних ділянок тіла.	
2	Потужний стійкий каркас і ніжки цієї моделі виготовлені з бука найвищої якості, який вважається найкращим матеріалом для виробництва столів для масажу.	
3	Покриття виготовлене із поліуретанової шкіри, надзвичайно міцне та стійке до механічних пошкоджень. Підвищена еластичність та пружність поверхні.	
4	Амортизаційний шар являє собою багатошарову систему з пінополіуретану завтовшки 8 сантиметрів, яка надає необхідну пружність і водночас надзвичайну м'якість, що дуже позитивно позначається на відчуттях пацієнтів під час отримання масажних процедур і на результатах самих процедур.	
5	Підходить для щоденної експлуатації	
6	Довжина масажного столу - 200 сантиметрів, ширина — 75 сантиметрів.	
7	Система фіксації ніжок столу з подвійним блокуванням забезпечує відмінну стійкість та безпеку.	
8	Подвійна фіксація ніжок , що забезпечує гарну стійкість і безпеку; гумовий захист для підлоги на ніжках.	
9	Максимальна вага пацієнта – 180 кг	
10	Кількість секцій - 1	

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість поставки товару відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

Технічні специфікації не повинні містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно **повинно бути обґрунтованим та містити вираз**

«або еквівалент».

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару— замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

Поставка та розвантаження **товарів** здійснюється власними ресурсами учасника за адресою: Вул. П'ятницька, 42, м. Чернігів, Україна, 14000

Строк поставки Товару – не пізніше **10 грудня 2026 року**.

Ціна за одиницю Товару повинна бути сформована з урахуванням витрат на завантаження, розвантаження, занесення до приміщень, транспортних витрат до місця поставки та інших витрат.

Поставка Товару здійснюється учасником в спосіб, який забезпечує збереження товару під час транспортування, вантажно-розвантажувальних робіт та зберігання.

І. КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порядковий номер	Найменування техніки, обладнання, матеріалів та устаткування, які планується придбати	Кількість одиниць
1	2	4
1	**Ліжко лікарняне**	1
2	**Віброплатформа**	1
3	**Масажний стіл-кушетка**	2

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим у даному додатку до Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником товару повинна бути обов'язково підтверджена шляхом надання заповненої таблиці, наведеної нижче, з посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або інших технічних документів) в якому міститься ця інформація, разом з додаванням оригіналів таких документів (або витягів з документів), або їх завірених копій.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал або завірену копію одного з наступних документів (або витягів з них) на кожне найменування товару: декларація про відповідність, або сертифікат відповідності, або інших документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу відповідно до чинного законодавства України.

Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».